



EU-Konformitätserklärung Declaração UE de Conformidade

Produkt <i>Produto</i>	Gaszähler / Gaszähler mit eingebauter Temperaturumwertung <i>Contador de gás / Contador de gás com conversão de temperatura integrada</i>		
Typ, Ausführung <i>Tipo, modelo</i>	BK-G1,6 M – BK-G25 M BK-G1,6 MT – BK-G25 MT	BK-G1,6 C – BK-G25 C BK-G1,6 CT – BK-G25 CT	
Produkt-Kennzeichnung <i>Marcação do produto</i>	  0102  II -/2 G Ex h IIB T5 DE-07-MI002-PTB001 / DE-07-MI002-PTB002		
EU-Richtlinien <i>Diretivas UE</i>	2014/32/EU –MID <i>2014/32/UE</i>	2014/34/EU – ATEX <i>2014/34/UE</i>	2011/65/EU – RoHS ¹ <i>2014/65/UE</i>
Normen <i>Normas</i>	DIN EN 1359:2007 (EN 1359:1998 + A1:2006)	EN ISO 80079-36:2016 EN ISO 80079-37:2016 EN 60079-0:2012+A11:2013 EN 60079-11:2012	
EU-Baumusterprüfung <i>Certificado de Exame UE</i>	DE-07-MI002-PTB001, Rev.11 / DE-07-MI002-PTB002, Rev.11 (MID – 2014/32/EU Anhang II, Modul B / <i>Anexo II, Módulo B</i>) Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) (<i>Instituto Metrológico Nacional</i>) Notifizierte Stelle / <i>Organismo notificado</i> 0102		
Prüfungen <i>Testes</i>	Konformitätsaussage TÜV Nord <i>Afirmação de conformidade</i> TÜV Nord TÜV 11 ATEX 090370 X Ausgabe 01 (<i>Edição 01</i>)		
Überwachungsverfahren <i>Procedimento de controlo</i>	2014/32/EU Anhang II, Modul D / <i>2014/32/UE Anexo II, Módulo D</i> Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) (<i>Instituto Metrológico Nacional</i>) Notifizierte Stelle / <i>Organismo notificado</i> 0102 Zertifikat / <i>Certificado</i> : DE-M-AQ-PTB025		
Konformitätsbewertungsverfahren <i>Procedimento de avaliação da conformidade</i>	2014/34/EU Anhang VIII, Modul A <i>2014/34/UE anexo VIII, módulo A</i>		

¹ RoHS-Konformität nur anwendbar für Zähler mit angebauten elektronischen Komponenten (z.B. IN-Z6..., RFID-Passiv-Transponder)
Conformidade RoHS aplicável apenas a contadores com componentes electrónicos ligados (por exemplo, IN-Z6..., transponder passivo RFID)

Wir erklären als Hersteller:

Die entsprechend gekennzeichneten Produkte erfüllen die Anforderungen der aufgeführten Richtlinien und Normen. Sie stimmen mit dem geprüften Baumuster überein. Die Herstellung unterliegt dem genannten Überwachungsverfahren.

Declaramos como fabricantes:

Os produtos identificados correspondem às exigências das diretivas e normas supracitadas.
Correspondem ao tipo testado. A produção está sujeita ao procedimento de controlo citado.

Unterzeichnet für und im Namen der Elster GmbH – *Assinado por e em nome de Elster GmbH*

Lotte / Stará Turá, 2021-01-07

DocuSigned by:

98DDA259719245E...

Ulrich Clasemann

Geschäftsführer Standort Lotte
Gerente da sede em Lotte

DocuSigned by:

BFB919B7CBA94A2...

Guido Temme

Leiter Entwicklung Gasmessung
Diretor de I&D Medição de Gás

DocuSigned by:

F4C90155FA6D49B

Peter Bernhauser

Betriebsleiter Standort Stará Turá
Diretor técnico da sede em Stará Turá

Elster GmbH, Strothweg 1, 49504 Lotte, DEUTSCHLAND / ALEMANHA