

Elster® EK205 – Produktkonfiguration

V3 – 06.12.2016

Kunde: _____ Bestellnummer: _____ Datum: _____

Eigenschaften		Konfiguration (Standardeinstellungen sind fett markiert)	
Allgemein	SAP - Nummer	83462650	
	Ausführung	☐ PTZ-Umwerter	☐ T-Umwerter (ohne Druckaufnehmer)
	Bestimmungsland	☐ Deutschland	☐ _____
	Sprache im Gerät	☐ Englisch	☒ Deutsch
	Parametrierung	☒ Standard	☐ gemäß Kundenspezifikation
	Abweichung zu UTC	☐ ____ Stunden zu UTC (UTC + 1h entspricht MEZ)	
	Eichtechnisches Logbuch	☐ deaktiviert (keine Änderungen)	☐ aktiviert (Änderungen möglich)
	Gehäuse	☐ Standardgehäuse	☐ Outdoor-Version
Test	Kalibrierung / Test Mengenumwerter	☐ MID → für alle Länder innerhalb der Europäischen Union ☐ werksgeprüft → für alle anderen Länder ☐ funktionsgeprüft → ohne Kalibrierung des Druck-/Temperatursensors	
	Impulswertigkeit Eingang 1 (Cp-Wert)	☐ 0.01 Impulse/m ³ ☒ 1 Impulse/m ³ ☐ 100 Impulse/m ³	☐ 0.1 Impulse/m ³ ☐ 10 Impulse/m ³ ☐ ____ Impulse/m ³
Eingang	Impulseingangskabel	☐ Ohne Kabel ☐ 0.7m Impulskabel INS-10 (Zum Anschluss an Zählwerkskopf Typ S1)	
	K-Zahl Modus	☐ Festwert ☒ SGERG 88 ☐ AGA-NX19	☐ AGA8 GC 1 ☐ AGA8 GC 2 ☐ AGA8 DC92 ☐ AGA-NX19 nach Herning & Wollowski
Druck	Druckbereich	☒ 0.8 – 5.0 bar a ☐ 2.0 – 10.0 bar a ☐ 4.0 – 20.0 bar a	Abweichende Druckbereiche sind außerhalb der MID-Zulassung und erfordern die Prüfung und Freigabe durch Honeywell → ☐ ____ bar a
	Normdruck	☒ 1.01325 bar	☐ ____ bar ☐ ____ psi ☐ ____ MPa
	Einheit für Druck	☒ bar	☐ psi ☐ kPa ☐ MPa
Temp	T-Sensor Kabellänge	2,5 m feste Kabellänge – keine weitere Option	
	Einheit für Temperatur	☒ °C ☐ °F	
	Normtemperatur	☒ 273.15 K = 0°C ☐ 288.15 K = 15°C ☐ 293.15 K = 20°C ☐ ____ K	
Zubehör	Installationsoptionen	☐ Befestigungsmaterial für Wandmontage - (73 023 360) ☐ Befestigungsmaterial für Rohrmontage - (04 300 365) ☐ Haltewinkel für Zählwerkskopf S1 (TRZ2 / RABO / Q Stahl) - (73 023 361) ☐ Haltewinkel für Multi-Index oder MI-2 (SM-RI-X / Q75) - (73 0219 52) ☐ Haltewinkel für Elster RABO – Drehkolbenzähler - (73 021 953)	

Projekt / Kunden Referenz / Kommentare: _____

Kunde, Anschrift: _____

Kontaktperson: _____ Telefon: _____

E-Mail: _____

Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular zusammen mit Ihrer Bestellung an:

Honeywell | Process Solutions • Steinern Straße 19-21 • D-55252 Mainz-Kastel • Fax: +49 6134 / 605 - 390