



EU - Konformitätserklärung EU izjava o usaglašenosti

Produkt Proizvod

Gaszähler
Merilo za gas
Gaszähler mit eingebauter Temperaturumwertung
Merilo za gas sa ugrađenom konverzijom temperature

Typ, Ausführung Tip, model

BK-G1,6 M – BK-G25 M BK-G1,6 C – BK-G25 C
BK-G1,6 MT – BK-G25 MT BK-G1,6 CT – BK-G25 CT
(mit RFID-Passiv-Transponder / sa RFID pasivnim transponderom)

Produkt-Kennzeichnung Oznaka proizvoda

M.... 0102 II -/2 G c IIB T6 (-25°C ≤ Ta ≤ 55 °C)
DE-07-MI002-PTB001 / DE-07-MI002-PTB002

EU-Richtlinien EU smernice

2014/32/EU – MID

2014/34/EU – ATEX

Normen Standardi

DIN EN 1359:2007
(EN 1359:1998 + A1:2006)

EN 13463-1:2009
EN 13463-5:2011
EN 60079-0:2012+A11:2013
EN 60079-11:2012

EU-Baumusterprüfung EU tip uzorka

DE-07-MI002-PTB001, Rev.10 / DE-07-MI002-PTB002, Rev.11
(MID - 2014/32/EU Anhang II Modul B / Annex II module B)
Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)
(Nacionalni metrološki institut (PTB))
Notifizierte Stelle / Ovlašćeno telo 0102

Prüfungen Ispitivanja

Elster Prüfbericht
Elster izveštaj ispitivanja
17 ATEX 1673 X

Überwachungsverfahren Surveillance procedures

2014/32/EU Anhang II, Modul D / 2014/32/EU Aneks II, modul D
Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)
(Nacionalni metrološki institut (PTB))
Notifizierte Stelle / Ovlašćeno telo 0102
Zertifikat / Certifikat: DE-M-AQ-PTB019

Konformitätsbewertungsverfahren Postupak procene usaglašenosti

2014/34/EU Anhang VIII, Modul A
2014/34/EU Aneks VIII, modul A

Wir erklären als Hersteller:

Die entsprechend gekennzeichneten Produkte erfüllen die Anforderungen der aufgeführten Richtlinien und Normen. Sie stimmen mit dem geprüften Baumuster überein. Die Herstellung unterliegt dem genannten Überwachungsverfahren.

Kao proizvođač izjavljujemo sledeće:

Odgovarajuće obeleženi proizvodi ispunjavaju zahteve navedenih smernica i standarda. Odgovaraju ispitanom tipu uzorka. Proizvodnja podleže navedenom postupku nadzora.

Unterzeichnet für und im Namen der Elster GmbH – Potpisano za i u ime: Elster GmbH

Lotte, 2018-09-10

Ian King

Fertigungsleiter Smart Energy
Direktor proizvodnje kompanije Smart Energy

Guido Temme

Leiter Entwicklung Gasmessung
Direktor odeljenja za istraživanje i razvoj merenja plina

Elster GmbH, Strothweg 1, 49504 Lotte, DEUTSCHLAND / ALEMANIA