



EU-Konformitätserklärung EU-megfelelőségi nyilatkozat

Produkt Termék	Gaszähler Gázmérő Gaszähler mit eingebauter Temperaturumwertung Gázmérő beépített hőmérséklet átalakítóval	
Typ, Ausführung Típus, kivitel	BK-G1,6 M – BK-G25 M BK-G1,6 C – BK-G25 C BK-G1,6 MT – BK-G25 MT BK-G1,6 CT – BK-G25 CT (mit RFID-Passiv-Transponder / RFID passzív transzponderrel)	
Produkt-Kennzeichnung Termékjelölés	0102 II -/2 G c IIB T6 (-25°C ≤ Ta ≤ 55 °C) DE-07-MI002-PTB001 / DE-07-MI002-PTB002	
EU-Richtlinien EU-irányelvek	2014/32/EU – MID 2014/32/EU	2014/34/EU – ATEX 2014/34/EU
Normen Szabványok	DIN EN 1359:2007 (EN 1359:1998 + A1:2006)	EN 13463-1:2009 EN 13463-5:2011 EN 60079-0:2012+A11:2013 EN 60079-11:2012
EU-Baumusterprüfung EU-típusvizsgálat	DE-07-MI002-PTB001, Rev.10 / DE-07-MI002-PTB002, Rev.11 (MID - 2014/32/EU Anhang II Modul B / 2014/32/EU II. melléklet B. modul) Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) (Szövetségi Fizikai-Műszaki Intézet) Notifizierte Stelle 0102 / Bejelentett szervezet 0102	
Prüfungen Vizsgálatok	Elster Prüfbericht Elster vizsgálati jelentés 17 ATEX 1673 X	
Überwachungsverfahren Ellenőrzési eljárás	2014/32/EU Anhang II Modul B / 2014/32/EU II. melléklet D. modul Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) (Szövetségi Fizikai-Műszaki Intézet) Notifizierte Stelle 0102 / Bejelentett szervezet 0102 Zertifikat / Tanúsítvány: DE-M-AQ-PTB019	
Konformitätsbewertungsverfahren Megfelelőségértékelési eljárás	2014/34/EU Anhang VIII, Modul A 2014/34/EU VIII. melléklet, A. modul	

Wir erklären als Hersteller:

Die entsprechend gekennzeichneten Produkte erfüllen die Anforderungen der aufgeführten Richtlinien und Normen. Sie stimmen mit dem geprüften Baumuster überein. Die Herstellung unterliegt dem genannten Überwachungsverfahren.

Gyártóként kijelentjük:

A megfelelő jelöléssel ellátott termékek teljesítik a felsorolt irányelvek és szabványok követelményeit. Megegyeznek a bevizsgált mintapéldánnyal. A gyártás a nevezett ellenőrzési eljárás szerint történik.

Unterzeichnet für und im Namen der Elster GmbH – A nyilatkozatot az Elster GmbH nevében és megbízásából írták alá

Lotte, 2018-09-10

I. King

Ian King

Fertigungsleiter Smart Energy
Smart Energy gyártási igazgató

G. Temme

Guido Temme

Leiter Entwicklung Gasmessung
Gázmérés fejlesztési igazgató

Elster GmbH, Strothweg 1, 49504 Lotte, DEUTSCHLAND / NÉMETORSZÁG