



EU-Konformitätserklärung EU Declaration of Conformity

Produkt Product

Gaszähler
Gas meter
Gaszähler mit eingebauter Temperaturumwertung
Gas meter with integrated temperature conversion

Typ, Ausführung Type, model

BK-G1,6 M – BK-G25 M BK-G1,6 C – BK-G25 C
BK-G1,6 MT – BK-G25 MT BK-G1,6 CT – BK-G25 CT
(mit RFID-Passiv-Transponder / with RFID passive tag)

Produkt-Kennzeichnung Product marking

M... 0102 II -/2 G c IIB T6 (-25°C ≤ Ta ≤ 55 °C)
DE-07-MI002-PTB001 / DE-07-MI002-PTB002

EU-Richtlinien EU Directives

2014/32/EU – MID

2014/34/EU – ATEX

Normen Standards

DIN EN 1359:2007
(EN 1359:1998 + A1:2006)

EN 13463-1:2009
EN 13463-5:2011
EN 60079-0:2012+A11:2013
EN 60079-11:2012

EU-Baumusterprüfung EU-type examination

DE-07-MI002-PTB001, Rev.10 / DE-07-MI002-PTB002, Rev.11
(MID - 2014/32/EU Anhang II Modul B / Annex II module B)
Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)
(National Metrological Institute)
Notifizierte Stelle / Notified Body 0102

Prüfungen Tests

Elster Prüfbericht
Elster test report
17 ATEX 1673 X

Überwachungsverfahren Surveillance procedures

2014/32/EU Anhang II, Modul D / 2014/32/EU Annex II, module D
Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)
(National Metrological Institute)
Notifizierte Stelle / Notified Body 0102
Zertifikat / certificate: DE-M-AQ-PTB019

Konformitätsbewertungsverfahren Conformity assessment procedure

2014/34/EU Anhang VIII, Modul A
2014/34/EU Annex VIII, module A

Wir erklären als Hersteller:

Die entsprechend gekennzeichneten Produkte erfüllen die Anforderungen der aufgeführten Richtlinien und Normen. Sie stimmen mit dem geprüften Baumuster überein. Die Herstellung unterliegt dem genannten Überwachungsverfahren.

In our capacity as manufacturer, we hereby declare:

Products labelled accordingly meet the requirements of the listed directives and standards. They correspond to the tested type sample. The production is subject to the stated surveillance procedure.

Unterzeichnet für und im Namen der Elster GmbH – Signed for and on behalf of Elster GmbH

Lotte, 2018-09-10

Ian King

Fertigungsleiter Smart Energy
Operations Director Smart Energy

Guido Temme

Leiter Entwicklung Gasmessung
Director R&D Gas Metering

Elster GmbH, Strothweg 1, 49504 Lotte, DEUTSCHLAND / GERMANY