



EU - Konformitätserklärung

Dichiarazione di conformità UE

Seite / Pagina 1/2

Produkt Prodotto

Gaszähler mit eingebauter Temperaturumwertung
Contatore del gas con conversione di temperatura incorporata

Typ, Ausführung Tipo, modello

BK-G1,6 ETe – BK-G25 ETe
Zählwerkvarianten / varianti del totalizzatore: **EI6.01, EI6.03**

Produkt-Kennzeichnung Marcatura del prodotto

CE **M....** 0102 **Ex** II -/3 G IIB T4
DE-14-MI002-PTB003

EU-Richtlinien Direttive UE

2014/32/EU – MID 2014/32/UE	2014/34/EU – ATEX 2014/34/UE
2014/30/EU – EMC 2014/30/UE	2014/53/EU – RED 2014/53/UE

EU-Baumusterprüfung Esame UE del tipo

DE-14-MI002-PTB003, Revision 9 / revisione 9
(MID - 2014/32/EU Anhang II Modul B / 2014/32/UE allegato II modulo B)
Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)
(Istituto Federale Tedesco di Fisica e Metrologia)
Notifizierte Stelle 0102 / Organismo notificato 0102

Überwachungsverfahren Procedura di sorveglianza

2014/32/EU Anhang II, Modul D / 2014/32/UE allegato II, modulo D
Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)
(Istituto Federale Tedesco di Fisica e Metrologia)
Notifizierte Stelle 0102 / Organismo notificato 0102
Zertifikat / certificato: DE-M-AQ-PTB019

Konformitätsbewertungs- verfahren Procedura di valutazione della conformità

2014/34/EU Anhang VIII, Modul A	–	2014/34/UE allegato VIII, modulo A
2014/30/EU Anhang II, Modul A	–	2014/30/UE allegato II, modulo A
2014/53/EU Anhang II, Modul A	–	2014/53/UE allegato II, modulo A

Wir erklären als Hersteller:

Die entsprechend gekennzeichneten Produkte erfüllen die Anforderungen der aufgeführten Richtlinien und Normen. Sie stimmen mit dem geprüften Baumuster überein. Die Herstellung unterliegt dem genannten Überwachungsverfahren.

In qualità di produttori dichiariamo:

I prodotti conformemente marcati soddisfano i requisiti delle norme e delle direttive indicate. Essi corrispondono al campione del tipo collaudato. La produzione è soggetta alla procedura di sorveglianza citata.

Unterzeichnet für und im Namen der Elster GmbH – Firmato a nome e per conto di: Elster GmbH

Lotte, 2018-10-25

Ian King

Fertigungsleiter Smart Energy
Direttore di produzione Smart Energy

Guido Temme

Leiter Entwicklung Gasmessung
Direttore R&S Misurazione del gas

Elster GmbH, Strothweg 1, 49504 Lotte, DEUTSCHLAND / GERMANIA



EU - Konformitätserklärung

Dichiarazione di conformità UE

Seite / Pagina 2/2

Anlage zur Konformitätserklärung BK-G...ETe

Allegato della dichiarazione di conformità BK-G...ETe

	Normen / Norme	Prüfungen / Collaudi	Ergänzende Hinweise / Informazioni aggiuntive
MID	DIN EN 1359:2007 (EN 1359:1998 + A1:2006) OIML D11:2013 OIML R137-1&2:2012 WELMEC 7.2 / 11.1 / 11.2 / 11.3		
ATEX	EN 1127-1:2011	Elster GmbH: 15 ATEX 1550X	BK-G...ETe (mit / con EI6.01)
EMC	OIML D11:2013, class E2 EN 55022: 2010	Nemko Spa: 301863-1TRFEMC	BK-G...ETe (mit / con EI6.01)
		Nemko Spa: 301863-2TRFEMC	BK-G...ETe (mit EI6.01 u. ext. Antenne / con EI6.01 e antenna esterna)
RED	IEC 60950-1:2006+A11:2009	MR&D Institute MR39L-W001-A	BK-G...ETe (mit / con EI6.01)
	ETSI EN 301 511 V9.0.2 (2003)	IMQ Spa: ARSP00111/r	
	EN 62311:2008	IMQ Spa: ARSP00190/h	
	ETSI EN 301 489-7:V1.3.1 (2005) ETSI EN 301 489-1:V1.9.2 (2011) Draft ETSI EN 301 489-52V1.1.0 (2016-11)	IMQ Spa: ARSP00111/e IMQ Spa: AR17-0013320-01	