



EU - Konformitätserklärung

Declaración UE de conformidad

Seite / Página 1/2

Produkt

Producto

Gaszähler mit eingebauter Temperaturumwertung

Contador de gas con conversión de temperatura empotrada

Typ, Ausführung

Modelo, versión

BK-G1,6 ETe – BK-G25 ETe

Zählwerkvarianten / variantes de totalizador: EI6.01, EI6.03

Produkt-Kennzeichnung

Marcado de producto



M... 0102



II -/3 G IIB T4

DE-14-MI002-PTB003

EU-Richtlinien

Directivas UE

2014/32/EU – MID

2014/32/UE

2014/34/EU – ATEX

2014/34/UE

2014/30/EU – EMC

2014/30/UE

2014/53/EU – RED

2014/53/UE

EU-Baumusterprüfung

Examen UE de tipo

DE-14-MI002-PTB003, Revision 9 / revisión 9

(MID - 2014/32/EU Anhang II Modul B / 2014/32/UE Anexo II Módulo B)

Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)

(Instituto Físico-Técnico Alemán)

Notifizierte Stelle 0102 / Organismo notificado 0102

Überwachungsverfahren

Procedimiento de control

2014/32/EU Anhang II, Modul D / 2014/32/UE Anexo II, Módulo D

Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)

(Instituto Físico-Técnico Alemán)

Notifizierte Stelle 0102 / Organismo notificado 0102

Zertifikat / certificado: DE-M-AQ-PTB019

Konformitätsbewertungsverfahren

Procedimiento de evaluación de la conformidad

2014/34/EU Anhang VIII, Modul A – 2014/34/UE Anexo VIII, Módulo A

2014/30/EU Anhang II, Modul A – 2014/30/UE Anexo II, Módulo A

2014/53/EU Anhang II, Modul A – 2014/53/UE Anexo II, Módulo A

Wir erklären als Hersteller:

Die entsprechend gekennzeichneten Produkte erfüllen die Anforderungen der aufgeführten Richtlinien und Normen. Sie stimmen mit dem geprüften Baumuster überein. Die Herstellung unterliegt dem genannten Überwachungsverfahren.

Nosotros, el fabricante, declaramos que:

Los productos correspondientemente marcados cumplen con todos los requisitos de las directivas y normas indicadas. Coinciden con el modelo constructivo ensayado. La fabricación está sometida al citado procedimiento de control.

Unterzeichnet für und im Namen der Elster GmbH – Firmado en nombre de Elster GmbH

Lotte, 2018-10-25

Ian King

Fertigungsleiter Smart Energy

Director de operaciones Smart Energy

Guido Temme

Leiter Entwicklung Gasmessung

Director de I+D de medición de gas

Elster GmbH, Strothweg 1, 49504 Lotte, DEUTSCHLAND / ALEMANIA



EU - Konformitätserklärung

Declaración UE de conformidad

Seite / Página 2/2

Anlage zur Konformitätserklärung BK-G...ETe

Anexo de la declaración de conformidad BK-G...ETe

	Normen / Normas	Prüfungen / Comprobaciones	Ergänzende Hinweise / Notas complementarias
MID	DIN EN 1359:2007 (EN 1359:1998 + A1:2006) OIML D11:2013 OIML R137-1&2:2012 WELMEC 7.2 / 11.1 / 11.2 / 11.3		
ATEX	EN 1127-1:2011	Elster GmbH: 15 ATEX 1550X	BK-G...ETe (mit / con EI6.01)
EMC	OIML D11:2013, class E2 EN 55022: 2010	Nemko Spa: 301863-1TRFEMC	BK-G...ETe (mit / con EI6.01)
		Nemko Spa: 301863-2TRFEMC	BK-G...ETe (mit EI6.01 u. ext. Antenne / con EI6.01 y antena externa)
RED	IEC 60950-1:2006+A11:2009	MR&D Institute MR39L-W001-A	BK-G...ETe (mit / con EI6.01)
	ETSI EN 301 511 V9.0.2 (2003)	IMQ Spa: ARSP00111/r	
	EN 62311:2008	IMQ Spa: ARSP00190/h	
	ETSI EN 301 489-7:V1.3.1 (2005) ETSI EN 301 489-1:V1.9.2 (2011) Draft ETSI EN 301 489-52V1.1.0 (2016-11)	IMQ Spa: ARSP00111/e IMQ Spa: AR17-0013320-01	