



EU-Konformitätserklärung

EU izjava o usaglašenosti

Seite / Strana 1/2

Produkt Proizvod

Gaszähler mit eingebauter Temperaturumwertung
Merilo za gas sa ugrađenom konverzijom temperature

Typ, Ausführung Tip, model

BK-G1,6 ETe – BK-G25 ETe
Zählwerkvarianten / varijanta(e) brojčanika **EI6.01, EI6.03**

Produkt-Kennzeichnung Oznaka proizvoda

CE **M....** 0102

Ex II -/3 G IIB T4

DE-14-MI002-PTB003

EU-Richtlinien EU smernice

2014/32/EU – MID
2014/32/EU

2014/34/EU – ATEX
2014/34/EU

2014/30/EU – EMC
2014/30/EU

2014/53/EU – RED
2014/53/EU

EU-Baumusterprüfung EU tip uzorka

DE-14-MI002-PTB003, Revision 9 / revizija 9
(MID – 2014/32/EU Anhang II Modul B / 2014/32/EU Aneks II modul B)
Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)
(Nacionalni metrološki institut (PTB))
Notifizierte Stelle 0102 / Ovlašćeno telo 0102

Überwachungsverfahren Postupak nadzora

2014/32/EU Anhang II Modul D / 2014/32/EU Aneks II, modul D
Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)
(Nacionalni metrološki institut (PTB))
Notifizierte Stelle 0102 / Ovlašćeno telo 0102
Zertifikat / certifikat: DE-M-AQ-PTB019

Konformitätsbewertungs- verfahren Postupak procene usaglašenosti

2014/34/EU Anhang VIII, Modul A – 2014/34/EU Aneks VIII, modul A
2014/30/EU Anhang II, Modul A – 2014/30/EU Aneks II, modul A
2014/53/EU Anhang II, Modul A – 2014/53/EU Aneks II, modul A

Wir erklären als Hersteller:

Die entsprechend gekennzeichneten Produkte erfüllen die Anforderungen der aufgeführten Richtlinien und Normen. Sie stimmen mit dem geprüften Baumuster überein. Die Herstellung unterliegt dem genannten Überwachungsverfahren.

Kao proizvođač izjavljujemo sledeće:

Odgovarajuće obeleženi proizvodi ispunjavaju zahteve navedenih smernica i standarda. Odgovaraju ispitanom tipu uzorka. Proizvodnja podleže navedenom postupku nadzora.

Unterzeichnet für und im Namen der Elster GmbH – Potpisao za i u ime Elster GmbH

Lotte, 2018-10-25

/ I King

Ian King

Fertigungsleiter Smart Energy
Direktor proizvodnje kompanije Smart Energy

G. Temme

Guido Temme

Leiter Entwicklung Gasmessung
Direktor odelenja za istraživanje i razvoj merenja plina

Elster GmbH, Strothweg 1, 49504 Lotte, DEUTSCHLAND / ALEMANIA

**EU-Konformitätserklärung**
EU izjava o usaglašenosti

Seite / Strana 2/2

Anlage zur Konformitätserklärung BK-G...ETe
Aneks uz Izjavu o usaglašenosti BK-G...ETe

	Normen / Standardi	Prüfungen / Ispitivanja	Ergänzende Hinweise / Dopunske napomene
MID	DIN EN 1359:2007 (EN 1359:1998 + A1:2006) OIML D11:2013 OIML R137-1&2:2012 WELMEC 7.2 / 11.1 / 11.2 / 11.3		
ATEX	EN 1127-1:2011	Elster GmbH: 15 ATEX 1550X	BK-G...ETe (mit / sa EI6.01)
EMC	OIML D11:2013, class E2 EN 55022: 2010	Nemko Spa: 301863-1TRFEMC	BK-G...ETe (mit / sa EI6.01)
		Nemko Spa: 301863-2TRFEMC	BK-G...ETe (mit EI6.01 u. ext. Antenne / sa EI6.01 + ekst. antena)
RED	IEC 60950-1:2006+A11:2009	MR&D Institute MR39L-W001-A	BK-G...ETe (mit / sa EI6.01)
	ETSI EN 301 511 V9.0.2 (2003)	IMQ Spa: ARSP00111/r	
	EN 62311:2008	IMQ Spa: ARSP00190/h	
	ETSI EN 301 489-7:V1.3.1 (2005) ETSI EN 301 489-1:V1.9.2 (2011) Draft ETSI EN 301 489-52V1.1.0 (2016-11)	IMQ Spa: ARSP00111/e IMQ Spa: AR17-0013320-01	