Honeywell
THE POWER OF CONNECTED

# EU - Konformitätserklärung
*EU prohlášení o shodě*



| | |
|---|---|
| **Produkt**<br>*Výrobek* | Gaszähler mit eingebauter Temperaturumwertung<br>*Plynoměr se zabudovanou kompenzací teploty* |
| **Typ, Ausführung**<br>*Typ, provedení* | **BK-G1,6 ETe – BK-G25 ETe**<br>Zählwerkvariante(n) / *Varianta(y) počítadla:* **EI6.01, EI6.03** |
| **Produkt-Kennzeichnung**<br>*Označení výrobku* | CE M.... 0102 Ex II -/3 G IIB T4<br>**DE-14-MI002-PTB003** |
| **EU-Richtlinien**<br>*EU směrnice* | **2014/32/EU** – MID **2014/34/EU** – ATEX<br>**2014/30/EU** – EMC **2014/53/EU** – RED |
| **EU-Baumusterprüfung**<br>*EU přezkoušení vzoru typu* | DE-14-MI002-PTB003, Revision 9 / *Revize 9*<br>(MID - 2014/32/EU Anhang II Modul B / *2014/32/EU příloha II modul B*)<br>Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)<br>*Fyzikálně technický spolkový institut (PTB)*<br>Notifizierte Stelle / *Notifikovana zkušebna* 0102 |
| **Überwachungsverfahren**<br>*Dozorní metoda* | 2014/32/EU Anhang II, Modul D / *2014/32/EU příloha II, modul D*<br>Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)<br>*Fyzikálně-technický spolkový institut (PTB)*<br>Notifizierte Stelle / *Notifikovana zkušebna* 0102<br>Zertifikat / Certifikát: DE-M-AQ-PTB019 |
| **Konformitätsbewertungs-verfahren**<br>*Postup posuzování shody* | 2014/34/EU Anhang VIII, Modul A – *2014/34/EU příloha VIII, modul A*<br>2014/30/EU Anhang II, Modul A – *2014/30/EU příloha II, modul A*<br>2014/53/EU Anhang II, Modul A – *2014/53/EU příloha II, modul A* |

## Wir erklären als Hersteller:

Die entsprechend gekennzeichneten Produkte erfüllen die Anforderungen der aufgeführten Richtlinien und Normen. Sie stimmen mit dem geprüften Baumuster überein. Die Herstellung unterliegt dem genannten Überwachungsverfahren.

***Prohlašujeme jako výrobce:***

*Odpovídajíc označené výrobky splňují požadavky uvedených směrnic a norem. Tyto souhlasí s přezkoušeným vzorkem typu. Výroba podléhá jmenované dozorní metodě.*

Unterzeichnet für und im Namen der Elster GmbH – *Podepsáno za a jménem Elster GmbH*

Lotte, 2018-10-25

**Ian King**
Fertigungsleiter Smart Energy
*Vedoucí výroby Smart Energy*

**Guido Temme**
Leiter Entwicklung Gasmessung
*Vedoucí výzkumu a vývoje měření plynu*

**Elster GmbH, Strotheweg 1, 49504 Lotte, DEUTSCHLAND / NĚMECKO**



NOT UP-TO-DATE
www.elster.com

Honeywell
THE POWER OF CONNECTED

CE

# EU - Konformitätserklärung
*EU prohlášení o shodě*



## Anlage zur Konformitätserklärung BK-G...ETe
***Příloha k prohlášení o shodě BK-G...ETe***

| | Normen / Normy | Prüfungen / Zkoušky | Ergänzende Hinweise / Doplňující informac |
|---|---|---|---|
| MID | DIN EN 1359:2007<br>(EN 1359:1998 + A1:2006)<br>OIML D11:2013<br>OIML R137-1&2:2012<br>WELMEC 7.2 / 11.1 / 11.2 / 11.3 | | |
| ATEX | EN 1127-1:2011 | Elster GmbH:<br>15 ATEX 1550X | BK-G...ETe (mit / s EI6.01) |
| EMC | OIML D11:2013, class E2<br>EN 55022: 2010 | Nemko Spa:<br>301863-1TRFEMC | BK-G...ETe (mit / s EI6.01) |
| | | Nemko Spa:<br>301863-2TRFEMC | BK-G...ETe (mit EI6.01 u. externer Antenne / s EI6.01 + ext. anténou) |
| RED | IEC 60950-1:2006+A11:2009 | MR&D Institute<br>MR39L-W001-A | BK-G...ETe (mit / s EI6.01) |
| | ETSI EN 301 511 V9.0.2 (2003) | IMQ Spa:<br>ARSP00111/r | |
| | EN 62311:2008 | IMQ Spa:<br>ARSP00190/h | |
| | ETSI EN 301 489-7:V1.3.1 (2005)<br>ETSI EN 301 489-1:V1.9.2 (2011)<br>Draft ETSI EN 301 489-52V1.1.0 (2016-11) | IMQ Spa:<br>ARSP00111/e<br>IMQ Spa:<br>AR17-0013320-01 | |

NOT UP-TO-DATE
www.docutnek.com