Honeywell

EU-Konformitätserklärung

Deklaracja zgodności UE

Produkt *Produkt*	Gaszähler (mit Absolut-ENCODER) *Gazomierz (z ENKODEREM wartości bezwzględnej)* Gaszähler mit eingebauter Temperaturumwertung (mit Absolut-ENCODER) *Gazomierz z wbudowanym układem przeliczania temperatury (z ENKODEREM wartości bezwzględnej)*
Typ, Ausführung *Typ, wykonanie*	BK-G1,6 A – BK-G25 A BK-G1,6 AT – BK-G25 AT
Produkt-Kennzeichnung *Oznaczenie produktu*	CE M.... 0102 **DE-07-MI002-PTB001 / DE-07-MI002-PTB002**
EU-Richtlinien *Dyrektywy UE*	**2014/32/EU** – MID *2014/32/UE* **2014/30/EU** – EMC *2014/30/UE*
Normen *Normy*	DIN EN 1359:2007 (EN 1359:1998 + A1:2006) OIML D11:2004, Sec. 12 EN 55022:2006 + A1:2007
EU-Baumusterprüfung *Badanie typu UE*	DE-07-MI002-PTB001, Rev.11 / DE-07-MI002-PTB002, Rev.11 (MID - 2014/32/EU Anhang II Modul B / *2014/32/UE załącznik II modul B*) Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) *(Federalny Urząd Fizyczno-Techniczny)* Notifizierte Stelle / *Jednostka notyfikowana* 0102
Prüfungen *Kontroli*	EMC Test NRW GmbH: Test Report No. P09-Z-00005-001
Überwachungsverfahren *Procedura nadzoru*	MID - 2014/32/EU Anhang II Modul D / *2014/32/UE załącznik II modul D* Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) *(Federalny Urząd Fizyczno-Techniczny)* Notifizierte Stelle / *Jednostka notyfikowana 0102* Zertifikat / *Certyfikat*: DE-M-AQ-PTB025

Wir erklären als Hersteller:

Die entsprechend gekennzeichneten Produkte erfüllen die Anforderungen der aufgeführten Richtlinien und Normen. Sie stimmen mit dem geprüften Baumuster überein. Die Herstellung unterliegt dem genannten Überwachungsverfahren.

Jako producent oświadczamy:

Odpowiednio oznaczone produkty spełniają wymagania wymienionych dyrektyw i norm. Odpowiadają one typowi konstrukcyjnemu poddanego badaniu. Produkcja podlega wskazanej powyżej procedurze nadzoru.

Unterzeichnet für und im Namen der Elster GmbH – *Podpisano w imieniu: Elster GmbH*

Lotte / Stará Turá, 2019-03-06

DocuSigned by:
BFB919B7CBA94A2...

Guido Temme

Leiter Entwicklung Gasmessung
Kierownik działu badawczo-rozwojowego urządzeń pomiarowych przepływu gazu

DocuSigned by:
98DDA259719245E...

Ulrich Clasemann

Geschäftsführer Standort Lotte
Dyrektor generalny, Lotte

DocuSigned by:
F4C90155EA6D49B...

Peter Bernhauser

Produktionsleiter Standort Stará Turá
Dyrektor zakładu, Stará Turá

Elster GmbH, Strotheweg 1, 49504 Lotte, DEUTSCHLAND / NIEMCY

NOT UP-TO-DATE
www.docutrier.com