



EU - Konformitätserklärung EU Declaration of Conformity

Seite/Page 1/2

Produkt

Product

Gaszähler mit eingebauter Temperaturumwertung
Gas meter with integrated temperature conversion

Typ, Ausführung

Type, model

BK-G1,6 ETe – BK-G25 ETe

Zählwerkvarianten / index variants: **EI6.06, EI6.07**

Produkt-Kennzeichnung

Product marking



M... 0102



II -/3 G ic c IIB T4 Gc (-25°C ≤ Ta ≤ 55°C)

DE-14-MI002-PTB003

EU-Richtlinien

EU Directives

2014/32/EU – MID

2014/34/EU – ATEX

2014/30/EU – EMC

2014/53/EU – RED

EU-Baumusterprüfung

EU-type examination

DE-14-MI002-PTB003, Revision 9

(MID - 2014/32/EU Anhang II Modul B / 2014/32/EU Annex II module B)

Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)

(National Metrological Institute)

Notifizierte Stelle / Notified Body 0102

Überwachungsverfahren

Surveillance procedures

2014/32/EU Anhang II, Modul D / 2014/32/EU Annex II, module D

Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)

(National Metrological Institute)

Notifizierte Stelle / Notified Body 0102

Zertifikat / certificate: DE-M-AQ-PTB025

Konformitätsbewertungs- verfahren

Conformity assessment
procedure

2014/34/EU Anhang VIII, Modul A – 2014/34/EU Annex VIII, module A

2014/30/EU Anhang II, Modul A – 2014/30/EU Annex II, module A

2014/53/EU Anhang II, Modul A – 2014/53/EU Annex II, module A

Wir erklären als Hersteller:

Die entsprechend gekennzeichneten Produkte erfüllen die Anforderungen der aufgeführten Richtlinien und Normen. Sie stimmen mit dem geprüften Baumuster überein. Die Herstellung unterliegt dem genannten Überwachungsverfahren.

We declare as manufacturer:

Products labelled accordingly meet the requirements of the listed Directives and Standards. They correspond to the tested type samples. The production is subject to the stated surveillance procedure.

Unterzeichnet für und im Namen der Elster GmbH – Signed for and on behalf of Elster GmbH

Lotte / Stará Turá, 2019-03-06

DocuSigned by:

BFB919B7CBA94A2...

Guido Temme

Leiter Entwicklung Gasmessung
Director R&D Gas Metering

DocuSigned by:

98DDA259719245E...

Ulrich Clasemann

Geschäftsführer Standort Lotte
Managing Director, Lotte site

DocuSigned by:

F4C90155EA6D49B...

Peter Bernhauser

Betriebsleiter Standort Stará Turá
Plant Director, Stará Turá site

Elster GmbH, Strotheweg 1, 49504 Lotte, DEUTSCHLAND / GERMANY



EU - Konformitätserklärung EU Declaration of Conformity

Seite/Page 2/2

Anlage zur Konformitätserklärung BK-G...ETe

Annex to Declaration of Conformity BK-G...ETe

	Normen / Standards	Prüfungen / Tests	Ergänzende Hinweise / Additional notes
MID	DIN EN 1359:2007 (EN 1359:1998 + A1:2006) OIML D11:2013 OIML R137-1&2:2012 WELMEC 7.2 / 11.1 / 11.2 / 11.3		
ATEX	EN 60079-0:2012 + A11:2013 EN 60079-11:2012 EN 13463-1:2009 EN 13463-5:2011	Elster GmbH: 18ATEX1678 X	BK-G...ETe mit / with EI6.06 mit EI6.06 und ext. Antenne / with EI6.06 and ext. antenna
EMC	OIML D11:2013, class E2 EN 55032 (2012)	Nemko Spa: 340023TRFEMC	BK-G...ETe mit / with EI6.06
		Nemko Spa: 340024TRFEMC	BK-G...ETe mit EI6.06 und ext. Antenne / with EI6.06 and ext. antenna
RED	ETSI EN 301 511 V9.0.2 (2003) ETSI EN 301 511 V12.5.1 (2017)	IMQ Spa: AR17-0017803-01 AR17-0017804-01	BK-G...ETe mit / with EI6.06 mit EI6.06 und ext. Antenne / with EI6.06 and ext. antenna
	ETSI EN 301 489-7 V1.3.1 (2005) Draft ETSI EN 301 489-52 V1.1.0 (2016)	IMQ Spa: AR17-0017802-01 AR17-0017804-01	
	IEC 60950-1:2006+A11:2009	MR&D Institute: es03l-w0001-a	
	EN 62311:2008	IMQ Spa: AR17-0017801-01	