Honeywell

EU - Konformitätserklärung

Dichiarazione di conformità UE

Produkt *Prodotto*	Gaszähler mit eingebauter Temperaturumwertung *Contatore del gas con conversione di temperatura incorporata*
Typ, Ausführung *Tipo, modello*	**BK-G1,6 ETe – BK-G25 ETe** Zählwerkvarianten / *varianti del totalizzatore:* **EI6.06, EI6.07**
Produkt-Kennzeichnung *Marcatura del prodotto*	CE M.... 0102 Ex II -/3 G ic c IIB T4 Gc (-25°C ≤ Ta ≤ 55°C) **DE-14-MI002-PTB003**
EU-Richtlinien *Direttive UE*	**2014/32/EU** – MID *2014/32/UE* **2014/34/EU** – ATEX *2014/34/UE* **2014/30/EU** – EMC *2014/30/UE* **2014/53/EU** – RED *2014/53/UE*
EU-Baumusterprüfung *Esame UE del tipo*	DE-14-MI002-PTB003, Revision 9 / *revisione 9* (MID - 2014/32/EU Anhang II Modul B / *2014/32/UE allegato II modulo B*) Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) *(Istituto Federale Tedesco di Fisica e Metrologia)* Notifizierte Stelle 0102 / *Organismo notificato 0102*
Überwachungsverfahren *Procedura di sorveglianza*	2014/32/EU Anhang II, Modul D / *2014/32/UE allegato II, modulo D* Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) *(Istituto Federale Tedesco di Fisica e Metrologia)* Notifizierte Stelle 0102 / *Organismo notificato 0102* Zertifikat / *certificato*: DE-M-AQ-PTB025
Konformitätsbewertungs-verfahren *Procedura di valutazione della conformità*	2014/34/EU Anhang VIII, Modul A – *2014/34/UE allegato VIII, modulo A* 2014/30/EU Anhang II, Modul A – *2014/30/UE allegato II, modulo A* 2014/53/EU Anhang II, Modul A – *2014/53/UE allegato II, modulo A*

Wir erklären als Hersteller:

Die entsprechend gekennzeichneten Produkte erfüllen die Anforderungen der aufgeführten Richtlinien und Normen. Sie stimmen mit dem geprüften Baumuster überein. Die Herstellung unterliegt dem genannten Überwachungsverfahren.

In qualità di produttori dichiariamo:

I prodotti conformemente marcati soddisfano i requisiti delle norme e delle direttive indicate. Essi corrispondono al campione del tipo collaudato. La produzione è soggetta alla procedura di sorveglianza citata.

Unterzeichnet für und im Namen der Elster GmbH – *Firmato a nome e per conto di: Elster GmbH*

Lotte / Stará Turá, 2019-03-06

DocuSigned by:
BFB919B7CBA94A2...

Guido Temme

Leiter Entwicklung Gasmessung
Direttore R&S Misurazione del gas

DocuSigned by:
98DDA259719245E...

Ulrich Clasemann

Geschäftsführer Standort Lotte
Amministratore delegato, sede di Lotte

DocuSigned by:
F4C90155EA6D49B...

Peter Bernhauser

Betriebsleiter Standort Stará Turá
Direttore generale, sede di Stará Turá

Elster GmbH, Strotheweg 1, 49504 Lotte, DEUTSCHLAND / GERMANIA

NOT UP-TO-DATE
www.docuthek.com

Honeywell

CE

EU - Konformitätserklärung

Dichiarazione di conformità UE

Anlage zur Konformitätserklärung BK-G…ETe

Allegato della dichiarazione di conformità BK-G…ETe

	Normen / Norme	**Prüfungen / Collaudi**	**Ergänzende Hinweise / Informazioni aggiuntive**
MID	DIN EN 1359:2007 (EN 1359:1998 + A1:2006) OIML D11:2013 OIML R137-1&2:2012 WELMEC 7.2 / 11.1 / 11.2 / 11.3		
ATEX	EN 60079-0:2012 + A11:2013 EN 60079-11:2012 EN 13463-1:2009 EN 13463-5:2011	Elster GmbH: 18ATEX1678 X	BK-G…ETe mit / con EI6.06 mit EI6.06 u. ext. Antenne / con EI6.06 e antenna esterna
EMC	OIML D11:2013, class E2 EN 55032 (2012)	Nemko Spa: 340023TRFEMC	BK-G…ETe mit / con EI6.06
		Nemko Spa: 340024TRFEMC	BK-G…ETe mit EI6.06 u. ext. Antenne / con EI6.06 e antenna esterna
RED	ETSI EN 301 511 V9.0.2 (2003) ETSI EN 301 511 V12.5.1 (2017)	IMQ Spa: AR17-0017803-01 AR17-0017804-01	BK-G…ETe mit / con EI6.06 mit EI6.06 u. ext. Antenne / con EI6.06 e antenna esterna
	ETSI EN 301 489-7 V1.3.1 (2005) Draft ETSI EN 301 489-52 V1.1.0 (2016)	IMQ Spa: AR17-0017802-01 AR17-0017804-01	
	IEC 60950-1:2006+A11:2009	MR&D Institute: es03l-w0001-a	
	EN 62311:2008	IMQ Spa: AR17-0017801-01	

NOT UP-TO-DATE
www.docuthek.com