Honeywell

EU - Konformitätserklärung

Declaración UE de conformidad

Produkt *Producto*	Gaszähler *Contador de gas*
Typ, Ausführung *Modelo, versión*	**BK-G6 B – BK-G40 B** Zählwerkvariante(n) / *variante(s) de totalizador:* **EI3.xx**
Produkt-Kennzeichnung *Marcado de producto*	CE M.... 0102 Ex II -/2 G IIA T4 **T10489**
EU-Richtlinien *Directivas UE*	**2014/32/EU** – MID *2014/32/UE* **2014/34/EU** – ATEX *2014/34/UE* **2014/30/EU** – EMC *2014/30/UE* **2014/53/EU** – RED *2014/53/UE*
EU-Baumusterprüfung *Examen UE de tipo*	T10489, Revision 11 / *revisión 11* (MID - 2014/32/EU Anhang II Modul B / *2014/32/UE Anexo II Módulo B*) NMi Certin B.V. Notifizierte Stelle 0122 / *Organismo notificado 0122*
Überwachungsverfahren *Procedimiento de control*	2014/32/EU Anhang II, Modul D / *2014/32/UE Anexo II, Módulo D* Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) *(Instituto Físico-Técnico Alemán)* Notifizierte Stelle 0102 / *Organismo notificado 0102* Zertifikat / *certificado*: DE-M-AQ-PTB025
Konformitätsbewertungs-verfahren *Procedimiento de evaluación de la conformidad*	2014/34/EU Anhang VIII, Modul A – *2014/34/UE Anexo VIII, Módulo A* 2014/30/EU Anhang II, Modul A – *2014/30/UE Anexo II, Módulo A* 2014/53/EU Anhang II, Modul A – *2014/53/UE Anexo II, Módulo A*

Wir erklären als Hersteller:

Die entsprechend gekennzeichneten Produkte erfüllen die Anforderungen der aufgeführten Richtlinien und Normen. Sie stimmen mit dem geprüften Baumuster überein. Die Herstellung unterliegt dem genannten Überwachungsverfahren.

Nosotros, el fabricante, declaramos que:

Los productos correspondientemente marcados cumplen con todos los requisitos de las directivas y normas indicadas. Coinciden con el modelo constructivo ensayado. La fabricación está sometida al citado procedimiento de control.

Unterzeichnet für und im Namen der Elster GmbH – *Firmado en nombre de Elster GmbH*

Lotte / Stará Turá, 2019-03-06

DocuSigned by:
BFB919B7CBA94A2...

Guido Temme

Leiter Entwicklung Gasmessung
Director de I+D de medición de gas

DocuSigned by:
98DDA259719245E...

Ulrich Clasemann

Geschäftsführer Standort Lotte
Director general, sede Lotte

DocuSigned by:
F4C90155EA6D49B...

Peter Bernhauser

Betriebsleiter Standort Stará Turá
Gerente, sede Stará Turá

Elster GmbH, Strotheweg 1, 49504 Lotte, DEUTSCHLAND / ALEMANIA

NOT UP TO-DATE
www.documek.com

Honeywell

CE

EU - Konformitätserklärung

Declaración UE de conformidad

Anlage zur Konformitätserklärung BK-G…B

Anexo de la declaración de conformidad BK-G…B

	Normen / Normas	**Prüfungen / Comprobaciones**	**Ergänzende Hinweise / Notas complementarias**
MID	DIN EN 1359:2007 (EN 1359:1998 + A1:2006) OIML R137-1&2:2012		
ATEX	EN 1127-1:2011	TÜV NORD CERT GmbH: Konformitätsaussage *Statement of conformity* TÜV 12 ATEX 098560 X	
EMC	EN 55022:2006+A1:2007, Class B IEC 61000-6-3:2006, Class B	NMi Certin B.V.: NMi-12200781-03	EI3
		EMV Testhaus GmbH: 120393-AU1+E01	ECM GSM EI3
	OIML R137-1&2:2012	NMi Certin B.V.: NMi-14200220-01	ECM GSM EI3 Antennen / *antenas*: - “EI3-V1.0” - “SCA-2.0 GSM” - “OUTSIDE-WSMA” (extern / *externa*)
RED	ETSI EN 301 511 V12.5.1 (2017-03) ETSI TS 151 010-1 V12.8.0 (2016-05)	Phoenix Testlab GmbH: F171524E1	Antennen / antenas: - “SCA-2.0 GSM” (intern/ *interna*) - “OUTSIDE-WSMA” (extern / *externa*)
	ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02) ETSI EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11) ETSI EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11) EN 61000-6-2:2005 + AC:2005	Phoenix Testlab GmbH: F171524E2 EMV TESTHAUS GmbH : 120393-AU01+E01	
	EN 301 511: V12.5.1 GCF-CC, V3.40.0	CETECOM ICT Services GmbH: M528971Y-01-EO M528971Y-01-CC	
	EN 60950-1:2006+ A11:2009+ A1:2010 + A12:2001	Phoenix Testlab GmbH: S130776E1	

NOT UP-TO-DATE
www.doculhek.com