



EU-Konformitätserklärung Declaração UE de Conformidade

Produkt <i>Produto</i>	Gaszähler (mit Absolut-ENCODER) Contador de gás (com totalizador Absolut ENCODER) Gaszähler mit eingebauter Temperaturumwertung (mit Absolut-ENCODER) Contador de gás com conversão de temperatura integrada (com totalizador Absolut ENCODER)		
Typ, Ausführung <i>Tipo, modelo</i>	BK-G1,6 A – BK-G25 A BK-G1,6 AT – BK-G25 AT		
Produkt-Kennzeichnung <i>Marcação do produto</i>	 M... 0102 DE-07-MI002-PTB001 / DE-07-MI002-PTB002		
EU-Richtlinien <i>Diretivas UE</i>	2014/32/EU –MID 2014/32/UE	2014/30/EU – EMC 2014/30/UE	2011/65/EU – RoHS 2011/65/UE
Normen <i>Normas</i>	DIN EN 1359:2007 (EN 1359:1998 + A1:2006)	OIML D11:2004, Sec. 12 EN 55022:2006 + A1:2007	
EU-Baumusterprüfung <i>Certificado de Exame UE</i>	DE-07-MI002-PTB001, Rev.11 / DE-07-MI002-PTB002, Rev.11 (MID - 2014/32/EU Anhang II, Modul B / Anexo II, Módulo B) Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) (<i>Instituto Metrológico Nacional</i>) Notifizierte Stelle / Organismo notificado 0102		
Prüfungen <i>Testes</i>	EMC Test NRW GmbH: Test Report No. P09-Z-00005-001		
Überwachungsverfahren <i>Procedimento de controlo</i>	2014/32/EU Anhang II, Modul D / 2014/32/UE Anexo II, Módulo D Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) (<i>Instituto Metrológico Nacional</i>) Notifizierte Stelle / Organismo notificado 0102 Zertifikat / Certificado: DE-M-AQ-PTB025		

Wir erklären als Hersteller:

Die entsprechend gekennzeichneten Produkte erfüllen die Anforderungen der aufgeführten Richtlinien und Normen. Sie stimmen mit dem geprüften Baumuster überein. Die Herstellung unterliegt dem genannten Überwachungsverfahren.

Declaramos como fabricantes:

Os produtos identificados correspondem às exigências das diretivas e normas supracitadas. Correspondem ao tipo testado. A produção está sujeita ao procedimento de controlo citado.

Unterzeichnet für und im Namen der Elster GmbH – Assinado por e em nome de Elster GmbH

Lotte / Stará Turá, 2019-07-15

DocuSigned by:

98DDA259719245F

Ulrich Clasemann

Geschäftsführer Standort Lotte
Gerente da sede em Lotte

DocuSigned by:

BE8919B7CBA94A2...

Guido Temme

Leiter Entwicklung Gasmessung
Diretor de I&D Medição de Gás

DocuSigned by:

F4C90155FA6D49B

Peter Bernhauser

Betriebsleiter Standort Stará Turá
Diretor técnico da sede em Stará Turá

Elster GmbH, Strothweg 1, 49504 Lotte, DEUTSCHLAND / ALEMANHA