



EU - Konformitätserklärung

Dichiarazione di conformità UE

Seite / Pagina 1/2

Produkt <i>Prodotto</i>	Gaszähler mit eingebauter Temperaturumwertung <i>Contatore del gas con conversione di temperatura incorporata</i>		
Typ, Ausführung <i>Tipo, modello</i>	BK-G1,6 ETe – BK-G25 ETe BK-G1,6 ETeB – BK-G25 ETeB Zählwerkvarianten / <i>varianti del totalizzatore</i> : EI6.14, EI6.15		
Produkt-Kennzeichnung <i>Marcatura del prodotto</i>	M... 0102 II -/3 G Ex h ic IIB T4 Gc tamb = tgas = -25°C ... +55°C DE-14-MI002-PTB003		
EU-Richtlinien <i>Direttive UE</i>	2014/32/EU – MID 2014/32/UE	2014/34/EU – ATEX 2014/34/UE	2011/65/EU – RoHS 2011/65/UE
	2014/30/EU – EMC 2014/30/UE	2014/53/EU – RED 2014/53/UE	
EU-Baumusterprüfung <i>Esame UE del tipo</i>	DE-14-MI002-PTB003, Revision 14 / <i>revisione 14</i> (MID - 2014/32/EU Anhang II Modul B / <i>2014/32/UE allegato II modulo B</i>) Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) (<i>Istituto Federale Tedesco di Fisica e Metrologia</i>) Notifizierte Stelle 0102 / <i>Organismo notificato 0102</i>		
Überwachungsverfahren <i>Procedura di sorveglianza</i>	2014/32/EU Anhang II, Modul D / <i>2014/32/UE allegato II, modulo D</i> Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) (<i>Istituto Federale Tedesco di Fisica e Metrologia</i>) Notifizierte Stelle 0102 / <i>Organismo notificato 0102</i> Zertifikat / <i>certificato</i> : DE-M-AQ-PTB025		
Konformitätsbewertungsverfahren <i>Procedura di valutazione della conformità</i>	2014/34/EU Anhang VIII, Modul A – <i>2014/34/UE allegato VIII, modulo A</i>		
	2014/30/EU Anhang II, Modul A – <i>2014/30/UE allegato II, modulo A</i>		
	2014/53/EU Anhang II, Modul A – <i>2014/53/UE allegato II, modulo A</i>		
	2011/65/EU: 768/2008/EG, Anh. II, Modul A – <i>768/2008/CE, allegato II, modulo A</i>		

Wir erklären als Hersteller:

Die entsprechend gekennzeichneten Produkte erfüllen die Anforderungen der aufgeführten Richtlinien und Normen. Sie stimmen mit dem geprüften Baumuster überein. Die Herstellung unterliegt dem genannten Überwachungsverfahren.

In qualità di produttori dichiariamo:

I prodotti conformemente marcati soddisfano i requisiti delle norme e delle direttive indicate. Essi corrispondono al campione del tipo collaudato. La produzione è soggetta alla procedura di sorveglianza citata.

Unterzeichnet für und im Namen der Elster GmbH – *Firmato a nome e per conto di: Elster GmbH*

Lotte / Stará Turá, 2021-09-24

DocuSigned by:

BFB919B7CBA94A2...

Guido Temme

Leiter Entwicklung Gasmessung
Direttore R&S Misurazione del gas

DocuSigned by:

98DDA259719245E...

Ulrich Clasemann

Geschäftsführer Standort Lotte
Amministratore delegato, sede di Lotte

DocuSigned by:

F4C90155EA6D49B...

Peter Bernhauser

Betriebsleiter Standort Stará Turá
Direttore generale, sede di Stará Turá

Elster GmbH, Strothweg 1, 49504 Lotte, DEUTSCHLAND / GERMANIA



EU - Konformitätserklärung

Dichiarazione di conformità UE

Seite / Pagina 2/2

Anlage zur Konformitätserklärung BK-G...ETe(B)

Allegato della dichiarazione di conformità BK-G...ETe(B)

	Normen / Norme	Prüfungen / Collaudi	Ergänzende Hinweise / Informazioni aggiuntive
MID	DIN EN 1359:2007 (EN 1359:1998 + A1:2006) OIML D11:2013 OIML R137-1&2:2012 WELMEC 7.2 / 11.1 / 11.2 / 11.3		
ATEX	EN IEC 60079-0:2018 IEC 60079-11 6th edition EN ISO 80079-36:2016 EN ISO 80079-37:2016	Elster GmbH: 18 ATEX 1678 X	BK-G...ETe mit / con EI6.14
EMC	OIML D11: 2013 EN 61000-4-3 (2006), A1 (2008) and A2 (2010) EN 61000-4-8 (2010)	Intertek: 210301481SHA-001	BK-G...ETe mit / con EI6.14
	IEC 61000-4-2 Ed 2.0; 2008-12	Honeywell Technology Solutions Lab Pvt Limited J-EMC-508	BK-G...ETe mit EI6.14 / con EI6.14
RED	EN 301 908-1 V11.1.1 (2016-07) EN 301 908-13 V11.1.2 (2017-07)	AA Electro Magnetic Test Laboratory Private Limited AAEMT/EMC/191202-01	BK-G...ETe mit / con EI6.14
	IEC 62368-1:2018	AA Electro Magnetic Test Laboratory Private Limited AAEMT/S-ELEC/191202-02	
	EN 301 489-1	AA Electro Magnetic Test Laboratory Private Limited AAEMT/EMC/191202-01-01	