



EU - Konformitätserklärung

Dichiarazione di conformità UE

Seite / Pagina 1/2

Produkt <i>Prodotto</i>	Gaszähler mit eingebauter Temperaturumwertung <i>Contatore del gas con conversione di temperatura incorporata</i>		
Typ, Ausführung <i>Tipo, modello</i>	BK-G10 ETe – BK-G25 ETe, BK-G10 ETeB – BK-G25 ETeB Zählwerkvarianten / <i>varianti del totalizzatore</i> : EI7.00		
Produkt-Kennzeichnung <i>Marcatura del prodotto</i>	M...	0102 0044	II 3/1G Ex 60079-46 IIB T4 Gc/Ga DE-14-MI002-PTB003 CSANe 21ATEX9022X
EU-Richtlinien <i>Direttive UE</i>	2014/32/EU – MID <i>2014/32/UE</i>	2014/34/EU – ATEX <i>2014/34/UE</i>	2011/65/EU – RoHS <i>2011/65/UE</i>
	2014/30/EU – EMC <i>2014/30/UE</i>	2014/53/EU – RED <i>2014/53/UE</i>	
EU-Baumusterprüfung <i>Esame UE del tipo</i>	DE-14-MI002-PTB003 , Revision 19 / <i>revisione 19</i> (MID - 2014/32/EU Anhang II Modul B / <i>2014/32/UE allegato II modulo B</i>) Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) (<i>Istituto Federale Tedesco di Fisica e Metrologia</i>) Notifizierte Stelle 0102 / <i>Organismo notificato 0102</i>		
	CSANe 21ATEX9022X (ATEX-2014/34/EU Anhang III Modul B / <i>2014/34/UE allegato III modulo B</i>) CSA Group Netherlands B.V., Notifiz. Stelle 2813 / <i>Organismo notificato 2813</i>		
Überwachungsverfahren <i>Procedura di sorveglianza</i>	2014/32/EU Anhang II, Modul D / <i>2014/32/UE allegato II, modulo D</i> Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) (<i>Istituto Federale Tedesco di Fisica e Metrologia</i>) Notifizierte Stelle 0102 / <i>Organismo notificato 0102</i> Zertifikat / <i>certificato</i> : DE-M-AQ-PTB025		
	2014/34/EU Anhang IV Modul D / <i>2014/34/UE allegato IV modulo D</i> TÜV NORD CERT GmbH, Notifizierte Stelle 0044 / <i>Organismo notificato 0044</i>		
Konformitätsbewertungsverfahren <i>Procedura di valutazione della conformità</i>	2014/30/EU Anhang II, Modul A – <i>2014/30/UE allegato II, modulo A</i> 2014/53/EU Anhang II, Modul A – <i>2014/53/UE allegato II, modulo A</i> 2011/65/EU: 768/2008/EG, Anh. II, Modul A – <i>768/2008/CE, allegato II, modulo A</i>		

Wir erklären als Hersteller:

Die entsprechend gekennzeichneten Produkte erfüllen die Anforderungen der aufgeführten Richtlinien und Normen. Sie stimmen mit dem geprüften Baumuster überein. Die Herstellung unterliegt dem genannten Überwachungsverfahren.

In qualità di produttori dichiariamo:

I prodotti conformemente marcati soddisfano i requisiti delle norme e delle direttive indicate. Essi corrispondono al campione del tipo collaudato. La produzione è soggetta alla procedura di sorveglianza citata.

Unterzeichnet für und im Namen der Elster GmbH – *Firmato a nome e per conto di: Elster GmbH*

Lotte / Stará Turá, 2023-08-28

DocuSigned by:

BFB919B7CBA94A2

Guido Temme

Leiter Entwicklung Gasmessung
Direttore R&S Misurazione del gas

DocuSigned by:

98DDA259719245E...

Ulrich Clasemann

Geschäftsführer Standort Lotte
Amministratore delegato, sede di Lotte

DocuSigned by:

D0702EAD86DD4CF...

Roman Prokeš

Betriebsleiter Standort Stará Turá
Direttore generale, sede di Stará Turá

Elster GmbH, Strothweg 1, 49504 Lotte, DEUTSCHLAND / GERMANIA

Sitz / Sede legale: Steinern Str. 19-21, 55252 Mainz-Kastel DEUTSCHLAND / GERMANIA



EU - Konformitätserklärung Dichiarazione di conformità UE

Anlage zur Konformitätserklärung BK-G...ETe(B) Allegato della dichiarazione di conformità BK-G...ETe(B)

	Normen / Norme	Prüfungen / Collaudi	Ergänzende Hinweise / Informazioni aggiuntive
MID	DIN EN 1359:2007 (EN 1359:1998 + A1:2006) EN 1359:2017 OIML R137-1&2:2012 WELMEC 7.2 / 11.1 / 11.2 / 11.3		
ATEX	PD IEC TS 60079-46:2017	CSA Group Netherlands B.V. R80050030A	
EMC	OIML D11:2013	Intertek Testing Services: 210100344SHA-001	
		Honeywell Technology Solutions: J-EMC-494	
		Honeywell Technology Solutions: J-EMC-503	
RED	ETSI EN 301 511 V12.5.1 ETSI EN 301 908-1 V13.1.1 ETSI EN 301 908-13 V13.1.1	Intertek Testing Services: 201200659SHA-001	
	ETSI EN 301 489-1: V2.2.3 ETSI EN 301 489-52: V1.1.0 EN 50270:2015	Intertek Testing Services: 201200659SHA-002	
	1999/519/EC EN IEC 62311:2020 BS EN IEC 62311:2020	Intertek Testing Services: 201200659SHA-003	
	IEC 62368-1:2018	Intertek Testing Services: CE-JOB-MUM-20-001409-001	