

Herstellereklärung

Produkt Encal3000+, Encal3000 Biogas und Encal3000 e-Gas

Type, Ausführung C6+, Biogas oder e-Gas

Erklärungsgegenstand

Verwendung neuer Firmware 4.01 build 30995

Produkt-Kennzeichnung

7.614	7.614	7.614	DE-15-M-PTB-0061
11.72	10.71	14.79	

und

Beschreibung

Hiermit erklären wir, dass die Verwendung der Firmware 4.01 build 30995 für die Geräte Encal3000+, Encal3000 Biogas und Encal3000 e-Gas für den eichamtlichen Betrieb zugelassen ist. Geprüft wurde die Verwendung der Firmware 4.01 build 30995 mit dem EnCal3000 Quad von der PTB (Zulassungsnummer: DE-16-M-PTB-0073).

Diese Zulassung dient als Referenz für die Übertragung der Zulassung auf die Geräte vom Typ Encal3000+, Encal3000 Biogas und Encal3000 e-Gas.

Wir garantieren hiermit, dass die Änderung der Firmware Version auf die genannten Versionen keinen Einfluss auf die Messgenauigkeit des Gerätes hat.

17.08.2018

Piet Platschorre
Managing Director
General Manager PMC Europe

Jörg Kern
Sr R&D Manager Gas Metering