



EU-Konformitätserklärung EU-conformiteitsverklaring

Produkt <i>Product</i>	Gaszähler / Gaszähler met ingebouwde Temperatuurumwertung <i>Gasmeter / Gasmeter met ingebouwde temperatuurcorrectie</i>		
Typ, Ausführung <i>Type, uitvoering</i>	BK-G1,6 M – BK-G25 M BK-G1,6 MT – BK-G25 MT	BK-G1,6 C – BK-G25 C BK-G1,6 CT – BK-G25 CT	
Produkt-Kennzeichnung <i>Productkenmerking</i>	  0102  II -/2 G Ex h IIB T5 DE-07-MI002-PTB001 / DE-07-MI002-PTB002		
EU-Richtlinien <i>EU-richtlijnen</i>	2014/32/EU – MID	2014/34/EU – ATEX	2011/65/EU – RoHS ¹
Normen <i>Normen</i>	DIN EN 1359:2007 (EN 1359:1998 + A1:2006)	EN ISO 80079-36:2016 EN ISO 80079-37:2016 EN 60079-0:2012+A11:2013 EN 60079-11:2012	
EU-Baumusterprüfung <i>EU-typeonderzoek</i>	DE-07-MI002-PTB001, Rev.11 / DE-07-MI002-PTB002, Rev.11 (MID - 2014/32/EU Anhang II Modul B / 2014/32/EU bijlage II module B) Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) (Nationale Metrologische Instituut) Notifizierte Stelle / Aangemelde instantie 0102		
Prüfungen <i>Tests</i>	Konformitätsaussage TÜV Nord Overeenstemmingsattest TÜV Nord TÜV 11 ATEX 090370 X Ausgabe 01 (<i>Editie 01</i>)		
Überwachungsverfahren <i>Controleprocedure</i>	2014/32/EU Anhang II, Modul D / 2014/32/EU bijlage II, module D Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) (Nationale Metrologische Instituut) Notifizierte Stelle / Aangemelde instantie 0102 Zertifikat / <i>Certificaat</i> : DE-M-AQ-PTB025		
Konformitätsbewertungsverfahren <i>Conformiteitsbeoordelingsprocedure</i>	2014/34/EU Anhang VIII, Modul A 2014/34/EU bijlage VIII, module A		

¹ RoHS-Konformität nur anwendbar für Zähler mit angebauten elektronischen Komponenten (z.B. IN-Z6..., RFID-Passiv-Transponder)
RoHS-conformiteit alleen van toepassing op meters met aangesloten elektronische componenten (bijv. IN-Z6..., RFID passive tag)

Wir erklären als Hersteller:

Die entsprechend gekennzeichneten Produkte erfüllen die Anforderungen der aufgeführten Richtlinien und Normen. Sie stimmen mit dem geprüften Baumuster überein. Die Herstellung unterliegt dem genannten Überwachungsverfahren.

Wij verklaren als fabrikant:

De overeenkomstig gekenmerkte producten voldoen aan het gestelde in de vermelde richtlijnen en normen. Ze stemmen overeen met het gecontroleerde type. De productie is volgens de genoemde controleprocedure.

Unterzeichnet für und im Namen der Elster GmbH – Ondertekend voor en namens Elster GmbH

Lotte / Stará Turá, 2021-01-07

DocuSigned by:

BFB919B7CBA94A2...

Guido Temme

Leiter Entwicklung Gasmessung
Directeur R&D gasmeting

DocuSigned by:

F4C90155FA6D49B

Peter Bernhauser

Betriebsleiter Standort Stará Turá
Operationeel directeur in Stará Turá

DocuSigned by:

98DDA259719245E...

Ulrich Clasemann

Geschäftsführer Standort Lotte
Algemeen directeur in Lotte

Elster GmbH, Strothweg 1, 49504 Lotte, DEUTSCHLAND / DUITSLAND